



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-CANDIDA-II-G

Katalógové číslo	REF	E-352
Šarža	LOT	03 03 24
Dátum výroby		22.03.2024
Dátum expirácie		22.03.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,010
6,25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,598
12,5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,852
25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	1,188
50 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,455
100 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,743

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL -"/>	< 12	0,448	3,533
pozitívna <input type="text" value="CONTROL +"/>	30 - 60	1,439	47,923

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.26 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.03.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

R201119AC

