



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A

Katalógové číslo	REF	E-231
Šarža	LOT	06 06 24
Dátum výroby		24.06.2024
Dátum expirácie		24.06.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,035
5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,194
10 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,365
20 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,641
40 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,134
80 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,763

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,116	2,88
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	0,965	32,53

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 29, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.06.2024

Vedúci výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

Tatár

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

K210915UF

