









## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A



Katalógové číslo	REF	E-233
Šarža	LOT	06 06 24
Dátum výroby		24.06.2024
Dátum expirácie		24.03.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>		0,051
5 U.ml <sup>-1</sup>		0,248
10 U.ml <sup>-1</sup>		0,434
20 U.ml <sup>-1</sup>		0,813
40 U.ml <sup>-1</sup>		1,171
80 U.ml <sup>-1</sup>		1,586

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna 	< 9	0,138	2,30
pozitívna 	20 - 50	1,009	28,67

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.06.2024

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L210915CF

