



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A

Katalógové číslo	REF	E-244
Šarža	LOT	07 07 24
Dátum výroby		19.07.2024
Dátum expirácie		19.04.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,006
6,25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,217
12,5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,453
25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,791
50 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,206
100 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,722

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,037	1,29
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	0,890	29,86

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.5 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.07.2024

Vedúca výrobného oddelenia

Mihalikova

Preveril:

Štárek

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O211224UG

