



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-G

Katalógové číslo	REF	E-245
Šarža	LOT	07 07 24
Dátum výroby		19.07.2024
Dátum expirácie		19.04.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,005
6,25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,478
12,5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,829
25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	1,145
50 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,512
100 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,734

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL -"/>	< 9	0,191	2,21
pozitívna <input type="text" value="CONTROL +"/>	20 - 50	1,298	33,49

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.7 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.07.2024

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

Starin

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O211224YG

