



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-M

Katalógové číslo	REF	E-243
Šarža	LOT	07 07 24
Dátum výroby		19.07.2024
Dátum expirácie		19.04.2025

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,007	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,328	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,576	
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,916	
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,428	
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,781	

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,061	0,88
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,093	32,27

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.22 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.07.2024

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131