



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-246
Šarža	LOT	07 07 24
Dátum výroby		19.07.2024
Dátum expirácie		19.04.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 1	0,006		0,005	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 2	0,217		0,478	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 3	0,453		0,829	
25 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 4	0,791		1,145	
50 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 5	1,206		1,512	
100 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 6	1,722		1,734	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL -	< 9	0,037	1,29
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL +	20 - 50	0,890	29,86

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL -	< 9	0,191	2,21
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL +	20 - 50	1,298	33,49

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.23 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.07.2024

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131