






OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- α -LAKTALBUMÍN-II-A

Katalógové číslo	REF	E-480
Šarža	LOT	07 07 24
Dátum výroby		19.07.2024
Dátum expirácie		19.04.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,116
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,665
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,775

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 27, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.07.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE CI
tel.: 055/633 6753, 622 8131