



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-ASCA-II-A

Katalógové číslo	REF	E-346
Šarža	LOT	07 07 24
Dátum výroby		19.07.2024
Dátum expirácie		19.04.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,012
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,209
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,422
25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,744
50 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,168
100 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,694

#### Protilátky triedy IgA


Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 10	0,250	7,40
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	30 - 60	1,121	46,64

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.07.2024

Vedúca výrobného oddelenia:

Preveril: 

  
**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

