



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-CANDIDA-II-A

Katalógové číslo	REF	E-351
Šarža	LOT	07 07 24
Dátum výroby		19.07.2024
Dátum expirácie		19.07.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,007
6,25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,286
12,5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,529
25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,857
50 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,313
100 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,793

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 8	0,276	6,024
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,130	38,517

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.26 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 19.07.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

T211224CG

