



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	REF	E-233
Šarža	LOT	08 08 24
Dátum výroby		26.08.2024
Dátum expirácie		26.05.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,074	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,315	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,571	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,927	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,346	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,749	


Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,119	1,68
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,161	29,54

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 26.08.2024

Vedúca výrobného oddelenia: 

Preveril: 

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L220403CH

