



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-M

Katalógové číslo	REF	E-243
Šarža	LOT	09 09 24
Dátum výroby		23.09.2024
Dátum expirácie		23.06.2025

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 1"/>	0,008	
6,25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 2"/>	0,254	
12,5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 3"/>	0,486	
25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 4"/>	0,832	
50 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 5"/>	1,303	
100 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 6"/>	1,656	

#### Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,038	0,90
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	0,988	31,78

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.22 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.09.2024

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131