



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-ASCA-II-A

Katalógové číslo	REF	E-346
Šarža	LOT	09 09 24
Dátum výroby		23.09.2024
Dátum expirácie		23.06.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,013
6,25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,221
12,5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,408
25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,677
50 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,115
100 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,624

Protilátky triedy IgA


Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 10	0,195	5,44
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	30 - 60	1,088	48,13

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.09.2024

Vedúca výrobného oddelenia:

Preveril: 

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

