






OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti- α -LAKTALBUMÍN-A

| | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Katalógové číslo | REF | E-280 |
| Šarža | LOT | 09 09 24 |
| Dátum výroby |  | 23.09.2024 |
| Dátum expirácie |  | 23.06.2025 |


Verzia návodu na použitie: 01/2024

| Parametre výstupnej kontroly | Absorbancia 450 nm a 630 nm | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| | norma | Nameraná |
| kontrolná vzorka negatívna  | do 0,500 | 0,089 |
| kontrolná vzorka cut off (hraničná)  | min. 2 x kontrolná vzorka negatívna | 0,639 |
| kontrolná vzorka pozitívna  | min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off | 1,907 |

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 27, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 23.09.2024

Vedúca výrobného oddelenia: 

Preveril: 

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE CI
tel.: 055/633 6753, 622 8131