



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-DNP-II-G

Katalógové číslo	REF	E-411
Šarža	LOT	10 10 24
Dátum výroby		25.10.2024
Dátum expirácie		25.04.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 1"/>	0,007	
6,25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 2"/>	0,297	
12,5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 3"/>	0,549	
25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 4"/>	0,926	
50 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 5"/>	1,271	
100 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 6"/>	1,736	

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 14	0,218	4,45
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	25 - 60	1,215	44,79

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.10.2024

Vedúca výrobného oddelenia:

*Mihalilova*

Preveril:

*Štárek*

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D221020SK

