









OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A



Katalógové číslo	REF	E-233
Šarža	LOT	10 10 24
Dátum výroby		25.10.2024
Dátum expirácie		25.07.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹		0,070
5 U.ml ⁻¹		0,309
10 U.ml ⁻¹		0,566
20 U.ml ⁻¹		0,893
40 U.ml ⁻¹		1,280
80 U.ml ⁻¹		1,673


Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,105	1,55
pozitívna 	20 - 50	1,209	35,32

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.10.2024

Vedúca výrobného oddelenia: 

Preveril: 

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L221020CK

