



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-G

Katalógové číslo	REF	E-234
Šarža	LOT	10 10 24
Dátum výroby		25.10.2024
Dátum expirácie		25.07.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,011
5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,363
10 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,654
20 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	1,031
40 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,371
80 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,540


Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,162	2,02
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,230	28,99

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 3, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.10.2024

Vedúca výrobného oddelenia: 

Preveril: 

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L221020TK

