



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-235
Šarža	LOT	10 10 24
Dátum výroby		25.10.2024
Dátum expirácie		25.07.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,070		0,011	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,309		0,363	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,566		0,654	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,893		1,031	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,280		1,371	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,673		1,540	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,105	1,55
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,209	35,32

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,162	2,02
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,230	28,99

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.4 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 25.10.2024

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☐
tel.: 055/633 6753, 622 8131