









OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A



Katalógové číslo	REF	E-231
Šarža	LOT	11 11 24
Dátum výroby		22.11.2024
Dátum expirácie		22.11.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹		0,029
5 U.ml ⁻¹		0,212
10 U.ml ⁻¹		0,404
20 U.ml ⁻¹		0,721
40 U.ml ⁻¹		1,133
80 U.ml ⁻¹		1,785

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,123	2,83
pozitívna 	20 - 50	0,958	30,57

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 29, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.11.2024

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE ☎
tel.: 055/633 6753, 622 8131

K230128UL

