



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-G

Katalógové číslo	REF	E-232
Šarža	LOT	11 11 24
Dátum výroby		22.11.2024
Dátum expirácie		22.11.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,008
5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,365
10 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,654
20 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	1,067
40 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,461
80 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,807

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,233	2,96
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,299	29,62

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 30, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.11.2024

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalikova

Preveril:

Jamr

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

K230128YL

