



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-G

Katalógové číslo	REF	E-245
Šarža	LOT	11 11 24
Dátum výroby		22.11.2024
Dátum expirácie		22.08.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,006
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,396
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,709
25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 4"/>	1,037
50 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,433
100 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,706

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL -"/>	< 9	0,140	2,00
pozitívna <input type="text" value="CONTROL +"/>	20 - 50	1,126	29,41

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.7 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.11.2024

Vedúca výrobného oddelenia:

*Mihalová*

Preveril:

*Štúr*

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE (1)  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

O230128YL

