



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-M

Katalógové číslo	REF	E-243
Šarža	LOT	11 11 24
Dátum výroby		22.11.2024
Dátum expirácie		22.08.2025

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,010	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,243	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,427	
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,723	
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,231	
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,850	

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,024	0,40
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	0,958	35,71

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.22 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.11.2024

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131