



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-246
Šarža	LOT	11 11 24
Dátum výroby		22.11.2024
Dátum expirácie		22.08.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 1	0,009		0,006	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 2	0,276		0,396	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 3	0,519		0,709	
25 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 4	0,835		1,037	
50 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 5	1,283		1,433	
100 U.ml ⁻¹ <input type="checkbox"/> CAL 6	1,721		1,706	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 9	0,018	0,37
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	20 - 50	0,931	29,52

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 9	0,140	2,00
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	20 - 50	1,126	29,41

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.23 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.11.2024

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
 výrobné družstvo, Košice
 Garbiarska 2
 040 01 KOŠICE ☎
 tel.: 055/633 6753, 622 8131