






## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-G semikvantitatívna

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| Katalógové číslo | REF   | E-245 SE   |
| Šarža            | LOT   | 11 11 24   |
| Dátum výroby     |  | 22.11.2024 |
| Dátum expirácie  |  | 22.08.2025 |

Verzia návodu na použitie: 01/2024

| Parametre výstupnej kontroly  | Absorbancia 450 nm a 630 nm         |          |
|---|-------------------------------------|----------|
|   | norma                               | Nameraná |
| kontrolná vzorka negatívna           | do 0,500                            | 0,101    |
| kontrolná vzorka cut off (hraničná)  | min. 2 x kontrolná vzorka negatívna | 0,665    |
| kontrolná vzorka pozitívna           | min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off | 1,234    |

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č.32 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.11.2024

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE (1)  
tel.: 055/633 6753, 622 8131