



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-ASCA-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-348
Šarža	LOT	11 11 24
Dátum výroby		22.11.2024
Dátum expirácie		22.08.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 1	0,014		0,006	
6,25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 2	0,280		0,416	
12,5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 3	0,546		0,737	
25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 4	0,896		1,191	
50 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 5	1,315		1,630	
100 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 6	1,684		1,907	

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 10	0,157	3,54
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	30 - 60	1,246	44,66

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 18	0,086	0,98
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	30 - 60	1,622	49,22

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.20 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.11.2024

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
 výrobné družstvo, Košice  
 Garbiarska 2  
 040 01 KOŠICE (1)  
 tel.: 055/633 6753, 622 8131