



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-CANDIDA-II-A

Katalógové číslo	REF	E-351
Šarža	LOT	11 11 24
Dátum výroby		22.11.2024
Dátum expirácie		22.11.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,007
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,308
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,561
25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,947
50 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,369
100 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,849

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 8	0,060	0,98
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,071	30,65

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.26 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 22.11.2024

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

T230128CL

