









## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A



Katalógové číslo	REF	E-233
Šarža	LOT	12 12 24
Dátum výroby		17.12.2024
Dátum expirácie		17.09.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>		0,050
5 U.ml <sup>-1</sup>		0,287
10 U.ml <sup>-1</sup>		0,463
20 U.ml <sup>-1</sup>		0,830
40 U.ml <sup>-1</sup>		1,186
80 U.ml <sup>-1</sup>		1,472


#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna 	< 9	0,085	0,730
pozitívna 	20 - 50	1,043	29,48

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 17.12.2024

Vedúca výrobného oddelenia: 

Preveril: 

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L230508CM

