



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-235
Šarža	LOT	12 12 24
Dátum výroby		17.12.2024
Dátum expirácie		17.09.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,050		0,010	
5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,287		0,497	
10 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,463		0,870	
20 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,830		1,155	
40 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,186		1,451	
80 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,472		1,651	

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,085	0,730
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,043	29,48

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,119	1,050
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	1,321	29,50

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.4 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 17.12.2024

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
 výrobné družstvo, Košice
 Garbiarska 2
 040 01 KOŠICE ☎
 tel.: 055/633 6753, 622 8131