






## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-LAKTÓZA-II-G

|                  |                                                                                   |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Katalógové číslo | REF                                                                               | E-471      |
| Šarža            | LOT                                                                               | 12 12 24   |
| Dátum výroby     |  | 17.12.2024 |
| Dátum expirácie  |  | 17.09.2025 |


Verzia návodu na použitie: 01/2024


| Parametre výstupnej kontroly                                                                                            | Absorbancia 450 nm a 630 nm         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
|                                                                                                                         | norma                               | Nameraná |
| kontrolná vzorka negatívna           | do 0,500                            | 0,089    |
| kontrolná vzorka cut off (hraničná)  | min. 2 x kontrolná vzorka negatívna | 0,685    |
| kontrolná vzorka pozitívna           | min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off | 1,261    |

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 13, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 17.12.2024

Vedúca výrobného oddelenia: 

Preveril: 

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

W230508YM

