






OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-OVALBUMÍN-II-G

Katalógové číslo	REF	E-441
Šarža	LOT	01 01 25
Dátum výroby		27.01.2025
Dátum expirácie		27.07.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly	Absorbancia 450 nm a 630 nm	
	norma	Nameraná
kontrolná vzorka negatívna 	do 0,500	0,079
kontrolná vzorka cut off (hraničná) 	min. 2 x kontrolná vzorka negatívna	0,677
kontrolná vzorka pozitívna 	min. 1,5 x kontrolná vzorka cut off	1,293

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii – technologický reglement č. 15, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.01.2025

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

N200504VA

