



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-MILK-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-246
Šarža	LOT	01 01 25
Dátum výroby		27.01.2025
Dátum expirácie		27.10.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 1	0,007		0,006	
6,25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 2	0,135		0,395	
12,5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 3	0,473		0,664	
25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 4	0,835		1,060	
50 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 5	1,251		1,425	
100 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 6	1,649		1,683	

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 9	0,020	2,47
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	20 - 50	0,959	31,39

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 9	0,127	1,40
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	20 - 50	1,273	36,48

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.23 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.01.2025

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131