



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-G

Katalógové číslo	REF	E-211
Šarža	LOT	01 01 25
Dátum výroby		27.01.2025
Dátum expirácie		27.07.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,008
6,25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,309
12,5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,597
25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,947
50 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,371
100 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,750

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 14	0,153	3,14
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	25 - 60	1,171	36,31

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 27.01.2025

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalilova

Preveril:

Štárek

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D200504SA

