



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-DNP-G

Katalógové číslo	REF	E-211
Šarža	LOT	02 02 25
Dátum výroby		24.02.2025
Dátum expirácie		24.08.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 1"/>	0,007	
6,25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 2"/>	0,258	
12,5 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 3"/>	0,533	
25 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 4"/>	0,951	
50 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 5"/>	1,358	
100 U.ml ⁻¹ <input type="text" value="CAL 6"/>	1,593	

Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 14	0,167	4,18
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	25 - 60	1,129	33,05

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.02.2025

Vedúca výrobného oddelenia:

Mihalilova

Preveril:

Stavre

BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D200812SB

