



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-DNP-II-G

Katalógové číslo	REF	E-411
Šarža	LOT	02 02 25
Dátum výroby		24.02.2025
Dátum expirácie		24.08.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 1"/>	0,007	
6,25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 2"/>	0,258	
12,5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 3"/>	0,533	
25 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 4"/>	0,951	
50 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 5"/>	1,358	
100 U.ml <sup>-1</sup> <input type="text" value="CAL 6"/>	1,593	

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 14	0,167	4,18
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	25 - 60	1,129	33,05

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 1, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.02.2025

Vedúca výrobného oddelenia:

*Mihalilova*

Preveril:

*Štárek*

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

D200812SB

