

OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A

Katalógové číslo	REF	E-231
Šarža	LOT	02 02 25
Dátum výroby		24.02.2025
Dátum expirácie		24.02.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy			protilátky anti IgA
			Absorbancia pri 450 nm a 630 nm
0	U.ml ⁻¹	CAL 1	0,031
5	U.ml ⁻¹	CAL 2	0,191
10	U.ml ⁻¹	CAL 3	0,354
20	U.ml ⁻¹	CAL 4	0,666
40	U.ml ⁻¹	CAL 5	1,107
80	U.ml ⁻¹	CAL 6	1,809

Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna 	< 9	0,094	2,22
pozitívna 	20 - 50	0,882	28,91

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 29, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.02.2025

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE
tel.: 055/633 6753, 622 8131

K200812UB

