



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN deamidovaný-II-A,G

Katalógové číslo	REF	E-230
Šarža	LOT	02 02 25
Dátum výroby		24.02.2025
Dátum expirácie		24.02.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA		protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm			
0 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 1	0,031		0,026	
5 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 2	0,191		0,334	
10 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 3	0,354		0,607	
20 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 4	0,666		0,945	
40 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 5	1,107		1,322	
80 U.ml <sup>-1</sup> <input type="checkbox"/> CAL 6	1,809		1,613	

#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 9	0,094	2,22
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	20 - 50	0,882	28,91

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="checkbox"/> CONTROL-	< 9	0,230	3,33
pozitívna <input type="checkbox"/> CONTROL+	20 - 50	1,170	30,12

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.31 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z.z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.02.2025

Vedúci výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131