



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-GLIADÍN natívny-II-A

Katalógové číslo	REF	E-233
Šarža	LOT	02 02 25
Dátum výroby		24.02.2025
Dátum expirácie		24.11.2025

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgA	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,095
5 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,295
10 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,476
20 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,780
40 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,198
80 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,539


#### Protilátky triedy IgA

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 9	0,115	1,25
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	20 - 50	0,977	27,94

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č. 2, Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.02.2025

Vedúca výrobného oddelenia: 

Preveril: 

**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

L200812CB

