



OSVEDČENIE O SÚPRAVE

ELISA-anti-CANDIDA-II-M

Katalógové číslo	REF	E-353
Šarža	LOT	02 02 25
Dátum výroby		24.02.2025
Dátum expirácie		24.02.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgM	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,006
6,25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,202
12,5 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,351
25 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 4"/>	0,689
50 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,114
100 U.ml ⁻¹	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,759

Protilátky triedy IgM

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml ⁻¹	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml ⁻¹
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 12	0,030	0,47
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	30 - 60	1,010	42,78

ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.26 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.02.2025

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



BIOGEMA
výrobné družstvo, Košice
Garbiarska 2
040 01 KOŠICE (1)
tel.: 055/633 6753, 622 8131

R200812RB

