



## OSVEDČENIE O SÚPRAVE

### ELISA-anti-CANDIDA-II-G

Katalógové číslo	REF	E-352
Šarža	LOT	02 02 25
Dátum výroby		24.02.2025
Dátum expirácie		24.02.2026

Verzia návodu na použitie: 01/2024

#### Parametre výstupnej kontroly

Štandardy	protilátky anti IgG	
	Absorbancia pri 450 nm a 630 nm	
0 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 1"/>	0,006
6,25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 2"/>	0,579
12,5 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 3"/>	0,841
25 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 4"/>	1,094
50 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 5"/>	1,318
100 U.ml <sup>-1</sup>	<input type="text" value="CAL 6"/>	1,489

#### Protilátky triedy IgG

Kontrolné vzorky	Deklarovaná hodnota U.ml <sup>-1</sup>	Absorbancia pri 450 a 630 nm	Nameraná hodnota U.ml <sup>-1</sup>
negatívna <input type="text" value="CONTROL-"/>	< 12	0,139	0,52
pozitívna <input type="text" value="CONTROL+"/>	30 - 60	1,239	38,59

#### ZÁVER:

Na základe výstupnej kontroly šarža výrobku vyhovuje špecifikácii - technologický reglement č.26 , Smernici 98/79/ES a NV SR č. 569/2001 Z. z. v platnom znení.

Dátum kontroly : 24.02.2025

Vedúca výrobného oddelenia:



Preveril:



**BIOGEMA**  
výrobné družstvo, Košice  
Garbiarska 2  
040 01 KOŠICE ☎  
tel.: 055/633 6753, 622 8131

R200812AB

